

Exécutions spéciales thermomètre à pression de gaz

Élément de construction	Exécution spéciale	Code de comm.	Réalizable pour les DN suivants			
			63	80	100	160
Manchon						
	brillant (Inox)	0106	X	X	X	X
Mouvement						
	résistant à la corrosion	0651	X	X	X	X
Cadran						
	trait rouge à...	9700	X	X	X	X
	échelle pas comme catalogue (0 ...140°C, 40 ... 200°C)	9210	X	X	X	X
	raison sociale du client	9710	X	X	X	X
	inscriptions techniques	9711	X	X	X	X
Regard						
	en verre de sécurité feuilleté ¹⁾	0751			X	X
	verre acrylique (plexiglas)	0752	X	X	X	X
Mouvement						
	surchargeable	0211	X	X	X	X
Plongeur						
	longueur spéciale selon indications (code correspondant à la longueur en mm, (p. exp. 9003/0300)	9003	X	X	X	X
	coudé 90°	0230			X	X
Sortie du plongeur/sortie de conduite à distance						
	position par rapport au boîtier					
	90° à gauche	0226			X	X
	en haut	0227			X	X
	90° à droite	0229			X	X
Dispositifs de sécurité						
	sans huile silicone	0794	X	X	X	X
	vis assurées avec «Loc-Tite»	0799	X	X	X	X
	boîtier avec liquide amortisseur, glycérine 99%, indiqué pour températures 5 ... 50°C	0775	X	X	X	X
	boîtier avec liquide amortisseur, huile silicone, AK 1000, indiqué pour températures -35 ... 50°C	0776	X	X	X	X
	boîtier avec liquide amortisseur, huile de paraffine, indiqué pour températures -10 ... 50°C	0777			X	X
Dispositifs supplémentaires						
	aiguille traînante max.					
	bouton fixe de remise à zéro	0059			X	X
	bouton amovible de remise à zéro	0060			X	X
	index sous regard					
	bouton de réglage amovible	0053			X	X

Remarque:

¹⁾ Seulement exécution sans contacts électriques.